

Verwaltungsbüros  
Via CANADA, 9  
35127 PADOVA Italien

Betriebe und technische Uff.  
Via Irpinia, 1-3 ( Z.A.I.)  
35020 SAONARA ( Padua ) Italien

Tel. (049) 8798911 - Fax: (049) 644546  
P. MwSt. 02333890289

An

**Vassilli Deutschland GmbH**

Am Hillpark 1

**32584 Löhne - Deutschland**

SAONARA, den 23. Mai 2021

**Betrifft: EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß Anhang IV der Verordnung (EU) 2017/745.**

Die unterzeichnete Firma VASSILLI S.r.l. mit Sitz in Via Irpinia, 1/3 - 35020 - SAONARA (Padua) ITALIA, in Person ihres gegenwärtigen gesetzlichen Vertreters und als Hersteller unter ihrer Verantwortung

**ERKLÄRT,**

dass das Medizinprodukt vertrieben unter der Bezeichnung  
Artikel [10. 79, AKUAKALDA, TRANSFERHILFE](#)  
BasisUDI-DI : [805527193Sollev003H3](#)

**für die Verwendung als Medizinprodukt für behinderte Menschen bestimmt ist und allen Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 entspricht.**

Das Hilfsmittel wurde gemäß UNI CEI EN ISO 14971 einer Risikoanalyse unterzogen, die dem technischen Dossier beigefügt ist, und nach den Anforderungen der technischen Normen erfolgreich auf statische und dynamische Stabilität und elektrische Sicherheit geprüft:

- UNI EN 12182 "Technische Hilfsmittel für Behinderte - Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden"
- EN ISO 10535 "Hebegeräte für den Transfer von Behinderten – Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden"

Das CE-Zeichen (Anhang V der Verordnung) wird hier angewandt, um das ordnungsgemäße Inverkehrbringen, die Bereitstellung und Inbetriebnahme zu ermöglichen.

**Medizinprodukt der Klasse I gemäß Regel 13 Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/745.**

Hilfe für Menschen mit Behinderungen, die beim Gehen nicht autark sind. Hilfe für den Transfer einer Person. Das Hilfsmittel muss von einem ausgebildeten in die Nutzung eingewiesenen, Assistenten manövriert werden. Verwendbar zuhause und draußen bei ebenem Untergrund und/oder in entsprechend ausgestatteten Einrichtungen. Das Hilfsmittel muss ab dem zweiten Jahr nach Erstausslieferung jährlich der vorgeschriebenen Wartung unterzogen werden.